

毛髪のクシ通りの評価




SUSCARE

1. 測定条件

健常毛とブリーチ処理回数の異なる毛束のクシ通りを測定し、Total Work（クシ通り動作全体の仕事量）を算出した。

2. 測定結果



3. 測定結果から得られる情報

測定結果から、ブリーチ回数が多い程、クシを通すのにかかる仕事量の上昇がみられた。

「クシ通り」は毛髪の状態を評価する項目の一つである。本装置のクシ通り測定により、ヘアカラー剤やパーマ剤によるダメージ度合の評価や、ヘアケア剤塗布前後の髪表面の変化を評価することができる。

4. 使用機器／利用料金

毛髪多目的試験機（fibra.one, ダイアストロン 社製）

中小企業：1,820 円／1時間（追加料 380 円／1時間）

一般企業：3,320 円／1時間（追加料 760 円／1時間）

※あくまで参考価格です。試験内容によって料金は変わりますことご了承下さい。
ご不明な点等ありましたら[お問い合わせ](#)ください。